



**FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD
MAESTRIA EN CIENCIAS BIOMEDICAS
CONSEJO CURRICULAR
ACTA No. 14 de 2012**

Fecha: Noviembre 08 de 2012
Hora: 4.00 pm
Lugar: Sala de Maestría

Asistentes:

Jhon Carlos Castaño Osorio
Leonardo Padilla Sanabria
María Mercedes González
Jhon Alejandro Acosta D
Alejandra María Giraldo G
Fabiana María Lora Suarez

Director
Representante de Egresados
Representante de Docentes
Representante de Estudiantes
Coordinadora de Acreditación
Docente Invitada

1. Verificación del quórum.
2. Punto único. INFORMES DE AVANCES TRABAJO DE GRADO DE PAOLA OROZCO SANTOS.

DESAROLLO DE LA SESIÓN.

1. Verificación del quórum

Se da inicio a las 4.30 pm una vez se verifico que si existe Quórum.

2. Punto único. INFORMES DE AVANCES TRABAJO DE GRADO DE PAOLA OROZCO SANTOS.

La estudiante da inicio a su exposición y solicita se acepte el cambio de asesor, propone a MARTHA L CASTAÑO. Es aprobada.

Una vez terminada su exposición le sugieren algunos cambios:

- Replantear los términos sensibilidad y especificidad.
- Tener en cuenta normas de bioseguridad ya que el trabajo se lleva a cabo en un mesón.
- Preguntan a la estudiante porque te tomaron muestras de sangre, eso no esta claro en la metodología.
- Mejorar la ortografía en la presentación.
- Mejorar las graficas o fotos, no están clara y no se ve bien.
- Replantear objetivos General y Específicos.
- Diferenciar fase de estandarización y la fase de evaluación.

MAESTRIA EN CIENCIAS BIOMEDICAS CONSEJO CURRICULAR ACTA No 14 de 2012



Carrera 15 Calle 12 Norte - Conm. 7460100 - Fax: 7460111 - Armenia Q. - Colombia
Web Site: www.uniquindio.edu.co - E-mail: uq@uniquindio.edu.co



**FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD
MAESTRIA EN CIENCIAS BIOMEDICAS
CONSEJO CURRICULAR
ACTA No. 14 de 2012**

- Estandarizar todas las fases previas del laboratorio antes de llevar la prueba a la validación clínica.
- Debe determinar varios parámetros (Variabilidad, intraprueba y extraprueba).
- No utilización de los términos, no es adecuado decir sensibilidad, no usar concentración mínima requerida, cambiar por "límite de detección de la prueba".
-

Se le realizan varias sugerencias, las cuales debe tomar en cuenta, tales como el caso de vertimiento de patógenos, debe pasar del escrito de las especificaciones del Centro de Investigaciones Biomédicas a la vida real.

Se levanta la sesión siendo las 6.35 pm.

Jhon Carlos Castaño Osorio
Director

Luz Piedad Muriel Palacio
Secretaria

